

盘锦辽油宝石花医院（渤海院区） DSA 建设项目验收（总结）

医院在门诊住院综合大楼七楼东南侧新建了一间 DSA 手术室，并新购置了一台 DSA 设备，用于患者的诊断治疗。该项目于 2022 年 2 月通过辽宁省环境保护厅环评审批（辽环审表[2022]17 号）。本项目拿到批复后于 2022 年 3 月开工建设，于 2022 年 7 月竣工完成。

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等，受本院委托，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司于 2023 年 8 月 23 日对本项目进行了竣工环境保护验收现场监测。为配合本项目的竣工环境保护验收工作的进行，在验收监测单位的建议和意见下，本院相关部门组织了本项目的自查，发现了一些问题并进行了及时的调整。

2023 年 9 月 7 日，依据国家相关规定，盘锦辽油宝石花医院组织开展了本项目验收会议，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，对盘锦辽油宝石花医院（渤海院区）DSA 建设项目进行环境保护验收，对《盘锦辽油宝石花医院（渤海院区）DSA 建设项目竣工环境保护验收监测报告表》审核。

验收组包括本医院领导及相关部门人员及验收监测单位代

表等共计 8 人。验收组核查，听取了医院方自查报告及验收监测方的监测情况汇报，对《盘锦辽油宝石花医院（渤海院区）DSA 建设项目竣工环境保护验收监测报告表》进行了审核，充分讨论提出验收意见如下：

1. 核准职业人员照射剂量估算；
2. 给出主体防护效果等效说明；
3. 建设单位配备满足相关要求的个人防护用品；

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定之要求，本项目均满足验收要求，同意项目验收，并提出了后续要求，我院已进行了整改，具体如下：

1. 已与报告编制单位人员共同核实完善职业人员照射剂量估算。
2. 已给出主体防护等效屏蔽效果。
3. 医院防护用品均为 0.5mmPb 满足放射诊断放射防护要求 GBZ130—2020 中相关要求。

本院将按相关规定，在本院官网上公示本次自主验收情况 20 个工作日，无反馈后，再按相关规定在国家自主验收网站备案。

盘锦辽油宝石花医院

2023 年 9 月 21 日

